

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предложеният консуматив трябва да е съвместим за работа с ендоскопска роботизирана хирургична система “da Vinci Si” и да отговарят на следните изисквания:

1. Биполярен форцепс с отвор/Maryland биполярен форцепс – 1 бр.
2. Гореща ножица (монополярна закривена ножица) – диаметър 8мм – 1бр.
3. Аксесоар-накрайник, предпазител/капаче за върха на инструмента - закривената ножица вложка/ - диаметър 8мм-1 опаковки/кутии/ x 10бр.
4. Стерилна покривка-обвивка/поддържат стерилност; имат бутони за захващане/ за инструменти за системата “da Vinci Si”, както следва:
защ. покривало – рамо за инструменти, със вграден стерилен пластмасов адаптор; с ивица определяща границата на стерилност и лента за закрепване на покривалото около рамото - 1 опаковка/кутия/ x 20бр.

Предлаганите консумативи трябва да са нови и неупотребявани.

ИЗГОВИЛ

заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

Ръководител „УЕЦЕХ“:

/ Чл. коресп. проф. д-р Гр. Грочев, д.м.н. /