

Утвърждавам:

заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

РЕКТОР:

/ Проф. д-р Сл.



ПРОТОКОЛ

за разглеждане и оценяване на представените оферти и за класирането на участниците

Днес на 24.01.2018 г. от 09:30 часа, в зала „106“, в Ректорат 1 при МУ-Плевен на основание Гл. 26 от ЗОП и чл. 96 и 97 от ППЗОП, Обява номер: 01-ОБ за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, Информация за обява публикувана на ел. страница на АОП: 9072097, Информация за удължаване срокът на обявата публикувана на ел. страницата на АОП: 9072277; ЗДБ за 2018 г., ПУД на МУ-Плевен и на осн. Заповед № 128/23.01.2018 г. на Ректора на МУ-Плевен, се събра комисия в състав:

Председател: инж. Олег Караджов – Пом. Ректор на МУ-Плевен

И членове: 1. Ибрахим Потурлиев – Финансов директор при МУ-Плевен

2. Ваня Панчева - Юрисконсулт

3. Красимир Кръстев - МС

4. Доц. д-р Павлина Йорданова-Лалева, д.м – зам. декан ФФ

Резервни членове: Таня Георгиева - адвокат

Ан. Луканова – зам. фин. директор

Проф. Тони Веков, д.м.н. – Декан ФФ

за да разглежда и оцени получените оферти, по реда на Гл. 26 от ЗОП и чл. 96 и 97 от ППЗОП, относно: **Доставка на микроскопска техника за обучение на студенти за нуждите на Факултет по „Фармация“ при МУ-Плевен.**

На заседанието на комисията Красимир Кръстев не присъства поради платен годишен отпуск и се замества от резервен член на комисията – Таня Георгиева. Заседанието на Комисията се проведе в присъствието на Теодор Костадинов – Финансов контролър при МУ-Плевен.

Комисията получи входящият регистър на постъпилите оферти, както и самите оферти от председателят на комисията, предадени му с приемо-предавателен протокол и установи, че в удължения срок за получаване на оферти 22.01.2018 г. до 16:30 ч. в деловодството на МУ – Плевен, оферта са подали 2/двама/ участника, както следва:

1. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД - София, с вх. № I-01-179/17.01.2018 г., 09:15 ч.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника.

2. „Елпак-Лизинг“ ЕООД - Варна, с вх. № I-01-185/17.01.2018 г., 14:00 ч.

На заседанието на комисията присъства Деница Владимирова Костова - упълномощен представител на участника.

Членовете на Комисията, попълниха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси, както и за поемане на задължение да пазят в тайна обстоятелствата, станали им известни във връзка с работата на Комисията.

I. Отваряне на офертите, обявяване на ценовите предложения и допускане до разглеждането ѝ.

Комисията отвори подадените оферти и обяви ценовите ѝ предложения. След извършване на тази действия приключи публичната част от работата на комисията.

Комисията, в закрито заседание, пристъпи към проверка на подадените документите за съответствие с изискванията към лично състояние и критерии за подбор, поставени в обявата, в съответствие със ЗОП и ППЗОП, като констатира следното:

Представените оферти и документи към нея на „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД – София и „Елпак-Лизинг“ ЕООД - Варна са в съответствие с изискванията към лично състояние и критерии за подбор, поставени от възложителя.

Въз основа на проверката комисията **ПРЕДЛАГА:**

да **ДОПУСНЕ** до участие подадената оферта на „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД – София и „Елпак-Лизинг“ ЕООД - Варна.

II. Разглеждане на техническото предложение и приложените към него документи на участникът, които отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Съдържание и направени предложения в техническото и ценовото предложение на допуснатите участници, както следва:

1. Предложени условия от „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД – София, както следва:

- предлага: Доставка на микроскопска техника за обучение на студенти за нуждите на Факултет по „Фармация“ при МУ-Плевен.

- общата стойност е в размер на 71 988.00 лв. с ДДС, с вкл. всички транспортни разходи до място на доставка, инсталация и пускане в експлоатация, обучение на персонал, гаранционно обслужване.

- срок и място на доставка, инсталиране и пускане в експлоатация – до 5/пет/ работни дни от сключване на договора; МУ-Плевен;

- гаранционен срок - 18/осемнадесет/ месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за пускане в експлоатация в изправно състояние.

- време за реакция за установяване на повредата: до 48/четиридесет и осем/ часа, считано от уведомление по e-mail или факс от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съответната повреда.

- срок на валидност на офертата до 24.03.2018 г. 16:30ч.

2. Предложени условия от „Елпак-Лизинг“ ЕООД - Варна , както следва:

- предлага: Доставка на микроскопска техника за обучение на студенти за нуждите на Факултет по „Фармация“ при МУ-Плевен.
- общата стойност е в размер на 41 876.40 лв. с ДДС, с вкл. всички транспортни разходи до място на доставка, инсталация и пускане в експлоатация, обучение на персонал, гаранционно обслужване.
- срок и място на доставка, инсталиране и пускане в експлоатация – до 60 /шестдесет/ работни дни от сключване на договора; МУ-Плевен;
- гаранционен срок - до 12 /дванадесет/ месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за пускане в експлоатация в изправно състояние.
- време за реакция за установяване на повредата: до 8 /осем/ часа, считано от уведомление по e-mail или факс от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната повреда.
- срок на валидност на офертата до 24.03.2018 г. 16:30ч.

В процес на работа комисията установи, както следва:

1. Техническото и ценово предложение на „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД – София, съответства на предварително обявените условия от възложителя и са представени изискваните документи.

2. В предложеното техническо предложение на "Елпак-Лизинг" ЕООД - гр. Варна има таблица за съответствие/подписана от управителя, с печат на дружеството/ – съобразно изисквания на Възложителя, следва да се изготви и приложи: „Сравнителна таблица за доказване на съответствието между технически характеристики на възложителя и предложението на Участника: посочва се какво предлага участникът, модел, производител, като представя и извадка/доказващ документ на предложеното - на коя стока съответства от официалната интернет страница на производителя или друг документ от производителя доказващ съответствието на представяната стока с заложените изискванията в техническите спецификации“, както и да се приложат: „фотографски снимки и/или брошури на доставените стоки“. Съгласно приложената таблица, предложените модели на "Елпак-Лизинг" ЕООД - гр. Варна отговарят, при пълно съответствие, на посочените изисквания в техническата спецификация на Възложителя. Приложени са и брошури/заверени вярно с оригинала от участника/ на предлаганите модели/BA 210E Binocular LED; SMZ161 – BLED; SMZ161- TLED, производител MOTIC, Германия/ на английски език и в превод на български език.

След направена справка в официалните каталози и брошури на предлаганите модели на "Елпак-Лизинг" ЕООД - гр. Варна в интернет страницата на производителя Motic (www.moticeurope.com), се установи че съдържанието и направеното техническо предложение на "Елпак-Лизинг" ЕООД - гр. Варна и в приложените от тях брошури в офертата си има несъответствия с оригиналните брошури за предлаганите модели в сайта на производителя, както следва:

Относно: „Обучителен микроскоп“ - 10 броя:

При проверка в сайта на производителя Motic-Германия на адрес: <http://www.moticeurope.com/product/life-sciences/upright-microscopes-1/ba210->

series/ за предлаганият модел микроскоп BA210 LED Binocular от „Елпак - Лизинг“ ЕООД - Варна, се установи следното: 1. Липсва вградена в тялото на микроскопа ръкохватка за лесно преместване; 2. LED източника разполага с 10 000 часа живот, което не осигурява изискваните 20 години гарантиран период на работа.

Относно: „Стереомикроскоп“ – 11 броя:

При проверка в сайта на производителя Motic-Германия на адрес: <http://www.moticeurope.com/product/industry/stereo-microscopes-2/smz161-series/> за предлаганият модел микроскоп SMZ161-BLED от „Елпак - Лизинг“ ЕООД - Варна, се установи следното: 1. Не е упомената „възможността за комбинирано включване на отразените LED модули - комбинирано вертикално и ъглово, само вертикално, само ъглово с избор на брой включени светодиоди“; 2. Не е упомената възможност за „регулиране на ъгъла на страничното осветление“; 3. Не е потвърдена продължителността на живота на LED осветлението – 25 000 работни часа; 4. Липсва функция за самоизключване на осветлението след 2 часа работа.

Относно: „Стереомикроскоп с вградена дигитална камера“ - 1 брой:

При проверка в сайта на производителя Motic-Германия на адрес: <http://www.moticeurope.com/product/industry/stereo-microscopes-2/smz161-series/> за предлаганият модел микроскоп SMZ161-TLED от „Елпак - Лизинг“ ЕООД - Варна, се установи следното: 1. Ъгълът на наблюдение е 45°, което не отговаря на заложеното изискване за ъгъл на наблюдение не по-малък от 60°; 2. Не е упомената „възможността за комбинирано включване на отразените LED модули - комбинирано вертикално и ъглово, само вертикално, само ъглово с избор на брой включени светодиоди“; 3. Не е упомената възможност за „регулиране на ъгъла на страничното осветление“; 4. Не е потвърдена продължителността на живота на LED осветлението – 25 000 работни часа; 5. Липсва функция за самоизключване на осветлението след 2 часа работа; 6. Предлаганата камера „Moticam 1080“ не е вградена в тялото на микроскопа, както е упоменато в изискването, а е външна дигитална камера; 7. Камерата не предлага Ethernet интерфейс за връзка към рутер или мрежа; 8. Камерата не предлага Wireless връзка към мобилен телефон или таблет с възможност за наблюдение на изображение със специално приложение достъпно безплатно за Android и IOS устройства.

С оглед горепосоченото и от приложените брошури, като и при сравнение и проверка с оригиналните брошури за предлаганите модели в сайта на производителя, е видно, че: Предложените модели на „Елпак-Лизинг“ ЕООД - гр. Варна, не отговарят и несъответстват на всички технически характеристики и изисквания в техническата спецификация.

Въз основа на проверката комисията ПРЕДЛАГА:

1. Подаденото Техническото и ценово предложение на „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД – София да се ДОПУСНЕ до оценяване по показатели: К1/обща цена/; К2/срок на доставка/ и К3/гаранционен срок/.

2. На осн. чл. 107, т. 2, б. «А» от ЗОП, "Елпак-Лизинг" ЕООД - гр. Варна да се отстрани от участие в процедурата и да не се оцени по показател К2/срок на доставка/ и К3/гаранционен срок/, техническото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на предварително обявените условия и изисквания, и да не се допусне до оценяване по показател К1/обща цена/ на ценовото предложение на участника.

Мотиви: Предложените модели на "Елпак-Лизинг" ЕООД - гр. Варна, не отговарят и несъответстват на всички технически характеристики и изисквания в техническата спецификация, както следва: 1. За обучителен микроскоп: Предложен модел – BA210 LED Binocular, както следва: Липсва вградена в тялото на микроскопа ръкохватка за лесно преместване; LED източника разполага с 10 000 часа живот, което не осигурява изискваните 20 години гарантиран период на работа.; 2. За „Стереомикроскоп“: предложеният модел микроскоп SMZ161-BLED, както следва: Няма „възможност за комбинирано включване на отразените LED модули - комбинирано вертикално и ъглово, само вертикално, само ъглово с избор на брой включени светодиоди“; Няма възможност за „регулиране на ъгъла на страничното осветление“; Не е потвърдена продължителността на живота на LED осветлението – 25 000 работни часа; Липсва функция за самоизключване на осветлението след 2 часа работа.; 3. За „Стереомикроскоп с вградена дигитална камера“: предложеният модел микроскоп SMZ161-TLED, както следва: Ъгълът на наблюдение е 45°, което не отговаря на заложеното изискване за ъгъл на наблюдение не по-малък от 60°; Няма „възможност за комбинирано включване на отразените LED модули - комбинирано вертикално и ъглово, само вертикално, само ъглово с избор на брой включени светодиоди“; Няма възможност за „регулиране на ъгъла на страничното осветление“; Не е потвърдена продължителността на живота на LED осветлението – 25 000 работни часа; Няма функция за самоизключване на осветлението след 2 часа работа. Предлаганата камера „Moticam 1080“ не е вградена в тялото на микроскопа, както е упоменато в изискването, а е външна дигитална камера; Камерата не предлага Ethernet интерфейс за връзка към рутер или мрежа и не предлага Wireless връзка към мобилен телефон или таблет с възможност за наблюдение на изображение със специално приложение достъпно безплатно за Android и IOS устройства.

III. Разглеждане и оценяване на допуснатата оферта:

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявата критерий за възлагане е „цена и качествени показатели“, съобразено със следните показатели и тяхната относителна тежест: 1. Цена – 65т. /по формула/; 2. Срок доставка – 25т. /по формула/ и 3. Допълнителен гаранционен срок – 10т. /по формула/.

Комисията извърши оценяването на офертите, както следва:

№	Участник	Цена мах. 65т.	Срок на доставка мах. 25т.	Гаранцион ен срок мах. 10т.	Общо
---	----------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------

1.	„Медицинска Техника Инженеринг” ООД - София	65т.	25т.	10т.	100т.
----	--	------	------	------	-------

IV. Класиране:

Комисията извърши класиране на единственият допуснат участник по посочените показатели в методиката, както следва:

Първо място: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД - София
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. “Младост” 1, бл. 28Б
с комплексна оценка: 100 т.

След разглеждане и оценка на представената и допусната оферта, и критерий за възлагане: „цена - качествени показатели”, Комисията **ПРЕДЛАГА** на Ректора на МУ-Плевен, класираният на първо място „Медицинска Техника Инженеринг” ООД - София да осъществи: Доставка на микроскопска техника за обучение на студенти за нуждите на Факултет по „Фармация“ при МУ-Плевен.

Работата на комисията приключи на 29.01.2018 г. С утвърждаване на този протокол се счита че възложителят е приел цялостната работа на комисията.

Протокола и офертите се съхраняват при юрисконсулта, копие от протокола да се предаде на Финансова дирекция при МУ-Плевен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

/ инж. Олег Караджов /

ЧЛЕНОВЕ:

1. заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

/ Ибр. Дотурлиев /

2. заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

/ В. Панчева /

3. заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

/ Т. Георгиева /

4. заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

/ Доц. д-р Павлина Йорданова-Лалева, д.м. /