

Техническо предложение в табличен вид към обществена поръчка с предмет "Доставка на консуматив/инструменти, стерилни обвивки, аксесоари/, необходим за учебната и научна дейност при работа с налична ендоскопска роботизирана система за нуждите на МУ - Плевен"
Предлаганите медицински консумативи са съвместими за работа с ендоскопска роботизирана хирургична система DaVinci Si

№	Наименование на продукта	Марка	Количество	Описание	Търговско наименование на предлаганите консумативи	Производител на предлаганите консумативи	Каталожен номер	Брой употреби	Характеристика на предлаганите консумативи	Документи, доказващи съответствието на предлаганите консумативи с техническите спецификации
1	Мериленд биполярен форцепс	брой	6	Мериленд биполярен форцепс 8мм, за многократна употреба (10 употреби), със затваряща /отваряща сила на върха на челюстта: средна, Ъгъл на отваряне на челюстта 0-45 градуса, челюстна дължина 2,0 см.	Maryland bipolar forceps	Intuitive Surgical	420172	10	Мериленд биполярен форцепс 8мм, за многократна употреба (10 употреби), със затваряща /отваряща сила на върха на челюстта: средна, Ъгъл на отваряне на челюстта 0-45 градуса, челюстна дължина 2,0 см.,	- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical Inc.; - Декларация на ЕО за съответствие за ендоскопски инструменти -- раздел биполярни инструменти № 851250-01, рев. Н, издадена на 12.08.2014г. от Intuitive Surgical; - Сертификат за система по качеството № DGM-552, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark; - Сертификат на ЕО пълна система за осигуряване на качеството с № DGM-343, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark;
2	Форцепс Кадьер	брой	5	Кадьер форцепс 8 мм, многократно използваем (10 употреби), със затваряща /отваряща сила на върха на челюстта: ниска, Ъгъл на отваряне на челюстта 0-30 градуса, челюстна дължина 2,0 см.	Cadiere forceps	Intuitive Surgical	420049	10	Cadiere форцепс 8 мм, многократно използваем (10 употреби), със затваряща /отваряща сила на върха на челюстта: ниска, Ъгъл на отваряне на челюстта 0-30 градуса, челюстна дължина 2,0 см.	- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical Inc.; - Декларация на ЕО за съответствие на ендоскопски и ендорист инструменти № 851202-01, рев. J, издадена на 12.08.2014г. от Intuitive Surgical; - Сертификат за система по качеството № DGM-552, издадена на 06.02.2019г. от Presafe Denmark; - Сертификат на ЕО пълна система за осигуряване на качеството с № DGM-343, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark;
3	Монополярна закривена ножница	брой	6	Монополярни закривени ножници 8мм, за многократна употреба (10 употреби), със затваряща /отваряща сила на върха на челюстта: висока/ниска, Ъгъл на отваряне на челюстта 0-	Hot Shears - Monopolar Curved Scissors	Intuitive Surgical	420179	10	Монополярни закривени ножници 8мм, за многократна употреба (10 употреби), със затваряща /отваряща сила на върха на челюстта: висока/ниска, Ъгъл на отваряне на челюстта 0-38	- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical Inc.; - Декларация на ЕО за съответствие за монополярни инструменти № 851208-01, рев. J, издадена на 12.08.2014г. от Intuitive Surgical;

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

11.03.2018

Техническо предложение в табличен вид към обществена поръчка с предмет "Доставка на консуматив/инструменти, стерилни обвивки, аксесоари/, необходим за учебната и научна дейност при работа с налична ендоскопска роботизирана система за нуждите на МУ - Плевен"
Предлаганите медицински консумативи са съвместими за работа с ендоскопска роботизирана хирургична система DaVinci Si

				38 градуса, челюстна дължина 1,3 см.					градуса, челюстна дължина 1,3 см.	- Сертификат за система по качеството № DGM-552, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark; - Сертификат на ЕО пълна система за осигуряване на качеството с № DGM-343, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark;
4	Голям иглодържател	брой	4	Голям иглодържател 8 мм, многократно използваем (10 употреби), със затваряща /отваряща сила на върха на челюстта: много висока, ъгъл на отваряне на челюстта 0-30 градуса, челюстна дължина 1,0 см	Large needle driver	Intuitive Surgical	420006	10	Голям иглодържател 8 мм, многократно използваем (10 употреби), със затваряща /отваряща сила на върха на челюстта: много висока, ъгъл на отваряне на челюстта 0-30 градуса, челюстна дължина 1,0 см	- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical Inc.; - Декларация на ЕО за съответствие за ендоскопски и ендорист инструменти № 851202-01, рев. J, издадена на 12.08.2014г. от Intuitive Surgical; - Сертификат за система по качеството № DGM-552, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark; - Сертификат на ЕО пълна система за осигуряване на качеството с № DGM-343, издаден на 16.02.2019г. от Presafe Denmark.
5	Стерилна обвивка за инструменти	кутия	9	Стерилна обвивка за инструменти, рамо за инструменти, със вграден стерилен пластмасов адаптор; с ивица, определяща границата на стерилност и лента за закрепване на покривалото около рамото – в 1 кутия има 20 бр.	Instrument Arm Drape	Microtek Medical	420015	1	Стерилна обвивка за инструменти, рамо за инструменти, със вграден стерилен пластмасов адаптор; с ивица, определяща границата на стерилност и лента за закрепване на покривалото около рамото – в 1 кутия има 20 бр..	- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical; - Извлечение от Инструкции за употреба относно стерилната обвивка за инструменти; - Декларация за съответствие № рев. F, формуляр CORP-0068, издадена на 16.10.2018г. от Microtek Medical; - Сертификат DIN EN ISO 13485:2016 с рег. № 44 221 117845, издаден на 28.09.2018г. от Тюв Норд Серт ГмбХ; - ЕО Сертификат с рег. № 44 237 117845, издаден от 28.09.2018г. от Тюв Норд Серт ГмбХ;

11.02.2018.

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Техническо предложение в табличен вид към обществена поръчка с предмет "Доставка на консуматив/инструменти, стерилни обвивки, аксесоари/, необходим за учебната и научна дейност при работа с налична ендоскопска роботизирана система за нуждите на МУ - Плевен".

Предлаганите медицински консумативи са съвместими за работа с ендоскопска роботизирана хирургична система Da Vinci Si

6	Стерилна обвивка за рамо на камера	кутия	3	Стерилна обвивка за рамо за камера, със вграден стерилен пластмасов адаптор за каньола 12 мм; с ивица, определяща границата на стерилност и лента за закрепване на покривалото около рамото – в 1 кутия има 20 бр.	Camera Arm Drape	Microtek Medical	420273	1	Стерилна обвивка за рамо за камера, със вграден стерилен пластмасов адаптор за каньола 12 мм; с ивица, определяща границата на стерилност и лента за закрепване на покривалото около рамото – в 1 кутия има 20 бр.	Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical; Извлечение от Инструкции за употреба относно стерилната обвивка за рамо на камера; Декларация за съответствие N рев. F, формуляр CORP-0068 издадена на 16.10.2018г. от Microtek Medical; Сертификат DIN EN ISO 13485:2014 с рег. № 44 221 117845, издаден на 28.09.2018г. от Тюв Норд Серт ГмбХ ЕО Сертификат с рег. № 44 23 117845, издаден от 28.09.2018г. от Тюв Норд Серт ГмбХ;
7	Стерилна обвивка за камера	кутия	3	Стерилна обвивка за камерата - закрепване със стерилна адхезивна лента – в 1 кутия има 20 бр.	Camera head drape	Microtek Medical	420273	1	Стерилна обвивка за камерата - закрепване със стерилна адхезивна лента – в 1 кутия има 20 бр.	- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical; - Извлечение от Инструкции за употреба относно стерилната обвивка за камера; - Декларация за съответствие N рев. F, формуляр CORP-0068 издадена на 16.10.2018г. от Microtek Medical; - Сертификат DIN EN ISO 13485:2014 с рег. № 44 221 117845, издаден на 28.09.2018г. от Тюв Норд Серт ГмбХ - ЕО Сертификат с рег. № 44 23 117845, издаден от 28.09.2018г. от Тюв Норд Серт ГмбХ;
8	Аксесоар, накрайник, предпазител	кутия	6	Аксесоар – накрайник, предпазител/капаче за върха на инструмента – закривена ножица вложка/ - диаметър 8 мм – в 1 кутия има 10 бр.	Tip cover accessory	Intuitive Surgical	400180	1	Аксесоар – накрайник, предпазител/капаче за върха на инструмента – закривена ножица вложка/ - диаметър 8 мм – в 1 кутия има 10 бр.	- Извлечение от Каталог на Intuitive Surgical Inc.; - Извлечение от Инструкции за употреба относно Аксесоар накрайник, предпазител; - Декларация на ЕО за съответствие за Аксесоар, накрайник предпазител № 851301-01, рев. I издадена на 12.08.2014г. от Intuitive Surgical;

11.03.2019г.

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

[illegible]

- Сертификат за система по качеството № DGM-552, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark;
- Сертификат на ЕО пълна система за осигуряване на качеството с № DGM-343, издаден на 06.02.2019г. от Presafe Denmark.

заличено на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП